



Olecko dnia 21.09.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: **Podgrzewacz medyczny (szafa grzewcza) do płynów infuzyjnych i pościeli szpitalnej.**

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie komory grzewczej będącej wyrobem laboratoryjnym.

Odp: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza LED pokazującego temperaturę osiągniętą.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Prosimy o dopuszczenie zakresu $+32^{\circ}\text{C}$ do $+71^{\circ}\text{C}$ i odstąpienie od wymogu niezależnej regulacji temperatury w każdej z szuflad.

Odp: Załącznik nr 2, pkt 7 przyjmuje brzmienie: „*Ustawiany zakres temperatur od $+20^{\circ}\text{C}$ do $+70^{\circ}\text{C}$ ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) (dla każdej z szuflad możliwości oddzielnego ustawiania temperatury)*”.

Pytanie nr 4:

Prosimy o odstąpienie od wymogu trybu czuwania.

Odp: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zatwierdził dnia 21.09.2017r.

Prezes Zarządu „Olmedica” w Olecku

mgr. Katarzyna Mróz

PREZES ZARZĄDU
„OLMEDICA” w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz